QP019-04　　编号：CP-Q26072-1

苏州市仲景生命科技有限公司

成 品 检 验 报 告

生产批号：26072　　品名：揿针（B 型）　规格：0.35X2.1mm　金色　　数量：5000 支

检验依据：揿针成品检验规程　　灭菌批号：ZJ/260608　　报告日期：2026.07.10

测试项目	标准条款	技 术 要 求	检验结果	单项结论
尺寸	2.1	尺寸应符合规定要求	符合	合格
针尖穿刺力	2.2	不大于 3.8N	3.1N	合格
针体硬度	2.3	450-650HV0.2	584HV0.2	合格
表面粗糙度	2.4	针体和针尖表面粗糙度参数 Ra 的最大值为 0.4um	小于 0.4um	合格
抗腐蚀性能	2.5	针体应具有良好的抗腐蚀性能	符合	合格
外观	2.6	1，针尖应锋利、圆正不偏、无毛刺、无弯钩等缺陷；2，针体表面不应有伤痕、曲痕和麻点；3，A 型揿针针柄螺旋圈应圆正、排列紧密、不得有明显离距，针体与连接的针柄圆形的平面应垂直	符合	合格
无菌检验	2.7	灭菌后应无菌	符合	合格
环氧乙烷残留	2.8	环氧乙烷残留应≤10ug/g	0.7ug/g	合格

结论：合格

检验员：熊大霖　　复核：张玉兰　　批准：周斌

苏州市仲景生命科技有限公司 质检专用章