QP019-04　　编号：CP-Q260601-8

苏州市仲景生命科技有限公司

成 品 检 验 报 告

生产批号：260601　品名：揿针　规格：0.22X1.5MM　数量：14400 支 （48 支/盒）

检验依据：揿针成品检验规程　灭菌批号：ZJ/260601　报告日期：2026.6.18

测试项目	标准条款	技 术 要 求	检验结果	单项结论
尺寸	2.1	直径偏差:±0.015mm, 长度偏差：±0.30mm	符合	合格
针尖穿刺力	2.2	经 0.4 荷重与硬块接触顶压后，其穿刺力应不大于 0.7N	0.50N	合格
针体硬度	2.3	0.10≦d1＜0. 25　480-680HV0.2 0.25≦d1＜0. 30　460-650HV0.2 0.30≦d1≦0. 40　450-650HV0.2	588HV0.2	合格
表面粗糙度	2.4	针体和针尖表面粗糙度参数 Ra 的最大值为 0.4um	符合	合格
抗腐蚀性能	2.5	针体应具有良好的抗腐蚀性能	符合	合格
外观	2.6	1，针尖应锋利、圆正不偏、无毛刺、无弯钩等缺陷；2，针体表面不应有伤痕、曲痕和麻点；3，A 型揿针针柄螺旋圈应圆正、排列紧密、不得有明显离距，针体与连接的针柄圆形的平面应垂直	符合	合格
无菌检验	2.7	灭菌后应无菌	符合	合格
环氧乙烷残留	2.8	环氧乙烷残留应≤10ug/g	0.7ug/g	合格
结论：合格				
检验员：熊大霖　　复核：张玉兰　　批准：周斌				

苏州市仲景生命科技有限公司 质检专用章