QP019-04　　编号：CP-X261001-1

苏州市仲景生命科技有限公司

成 品 检 验 报 告

生产批号：261001　　生产期：2026.10.05　　有效期：2029.10.04

规格：Φ1.6mm（不锈钢）　　数量：3 万粒

品名：穴位压力刺激贴

测试项目	标准条款	技 术 要 求	检验结果	单项结论
基本尺寸	2.1	直径：1.6±10%mm	直径：1.6mm	合格
外观	2.2	表面应光洁，无伤痕、裂纹、污点等外来杂物。	符合	合格
剥离强度	2.3	穴位压力刺激贴的剥离强度为每 1cm 宽度所需的力应不小于 0.5N。	1.6N	合格
持粘性	2.4	穴外压力刺激贴的持粘性应良好，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过 2.5mm。	0.0mm	合格

结论：合格　　报告日期：2026.10.06

检验：张玉兰　　审核：熊大霖　　批准：范庄谊

苏州市仲景生命科技有限公司 质检专用章