QP019-04　　编号：CP-W260402-1

苏州市仲景生命科技有限公司

成 品 检 验 报 告

生产批号：260402　　型号/规格:ZJ/EXT-1,100PCS/盒　　数量：10 万粒

品名：王不留行子耳贴　　检验依据：成品检验规范

测试项目	标准条款	技 术 要 求	检验结果	单项结论
基本尺寸	2.1	球状体直径：1.8±0.2mm 胶带宽度：10±1.0mm 胶带长度：10±1.0mm	球状体直径：1.8mm 胶带宽度：10.0mm 胶带长度：10.1mm	合格
外观	2.2	王不留行子耳贴表面应光洁，无伤痕、裂纹、污点等外来杂物。	符合	合格
剥离强度	2.3	王不留行子耳贴的剥离强度为每 1cm 宽度所需的力应不小于 0.5N。	1.8N	合格
持粘性	2.4	王不留行子耳贴的持粘性应良好，在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过 2.5mm。	0.3mm	合格

结论：合格　　报告日期：2026.04.15

检验员：熊大霖　　审核：周斌　　批准：周斌

苏州市仲景生命科技有限公司 质检专用章